

Jaraguá/GO

03/05/22

SETOR SOLICITANTE	RESPONSÁVEL
Agência Transfusional	Amanda Camargo Nascimento
DIRETORIA IMEDIATA	RESPONSÁVEL
Diretoria Técnica	Alexandre Augusto dos Santos Barbosa

DESCRIÇÃO DETALHADA (BEM, OBRA , SERVIÇOS)

Solicito a aquisição de Tubo de Ensaio de plástico transparente como também a aquisição de Microtubo tipo Eppendorf.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tubo de Ensaio de Plástico: faz-se necessário para realização dos testes pré-transfusionalis e pós-transfusionalis. Cabe ressaltar que o mesmo seja de material de plástico transparente, de acordo com as exigências da Portaria da Consolidação nº5 de 28 de setembro de 2017. Portanto, deve ser transparente e não translucido, uma vez que impossibilita a visualização dos resultados. **Tamanho:** 12mm X 75mm; **Capacidade:** 5 ml; **Quantidade:** 10.000 unidades; **Código Mv Soul:** 5204.

Microtubo tipo Eppendorf: faz-se necessário para realização do controle de qualidade interno. Cabe ressaltar que o mesmo seja de material de plástico transparente e descartável de acordo com as exigências da Portaria da Consolidação nº5 de 28 de setembro de 2017. **Tamanho:** 2,0 ml. **Quantidade:** 2.000 unidades; **Código Mv Soul:**

*** ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SE NECESSÁRIO**

A solicitação de compra se faz necessária para atender às exigências do Contrato de Gestão n.º009/2022 - SES-GO, concernente ao gerenciamento e operacionalização do Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim - HEJA, conforme segue:

Anexo 1 do Contrato: "1.42.6. Assegurar a organização, administração e gerenciamento da Agência Transfusional, utilizando técnicas modernas e adequadas que permitam o desenvolvimento da estrutura funcional e a manutenção de estrutura física e de equipamentos, além do provimento de insumos (materiais), medicamentos e demais itens necessários à garantia do seu pleno funcionamento."

Nesse sentido, se faz necessário sua aquisição, visto que a falta dos mesmos impossibilita a realização das provas de compatibilidade, pesquisa de anticorpos irregulares, pesquisa de autoanticorpo em consonância a realização do controle de qualidade interno de acordo com a Portaria da Consolidação nº5 de 28 de setembro de 2017.


OBSERVAÇÕES:

Os documentos citados na Justificativa seguem em anexo a este formulário.

NECESSIDADE	() REGULAR (X) EMERGENCIAL	DATA: 03/05/2022
--------------------	-------------------------------	-------------------------

ENDEREÇO DE ENTREGA: Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim - Avenida Dioni Gomes Pereira da Silva, n.º115, Setor Aeroporto, Jaraguá/GO - 76330-000

 ASSINATURA / CARIMBO DO SOLICITANTE Ao Setor de Compras/Processo Seletivo para providências	De acordo:	
	ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
 Raffaella Lacerda Diretora Geral Interina HEJA/IBGC ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA GERAL	PROCESSO DE COMPRAS / PROCESSO SELETIVO DE FORNECEDOR	ANO
	152	2022
	 Marcia Sousa Gerente de Compras ASSINATURA / CARIMBO SETOR DE COMPRAS/PROCESSO SELETIVO	


Hugo Sergio Rosa Gomes
Gerente Operacional
CREA 13492/D-GO
HEJA/IBGC
05/05/2022



Documento assinado eletronicamente por MARCIA APARECIDA DE SOUSA, 370.319.021-34, COMPRADOR, em 06/05/2022 às 13:23, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
<https://ibgc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 1567 e o código verificador 508.