

POLICLÍNICA ESTADUAL

Da Região Oeste - São Luís de Montes Belos

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS N° 013/22

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

S.L.M.B.

03/05/22

SETOR SOLICITANTE	RESPONSÁVEL
FARMÁCIA	KARUENE ALVES DO CARMO
DIRETORIA IMEDIATA	RESPONSÁVEL
Diretoria Geral	MARTA SELMA DA SILVEIRA

DESCRIÇÃO DETALHADA (BEM, OBRA, SERVIÇOS)

Compra de Câmara Refrigeradora 684 litros em caráter regular para implantação da unidade Policlínica Estadual da Região Oeste na cidade de São Luís de Montes Belos-Go. Visando a necessidade do mesmo para conservação e estabilidade dos medicamentos termolábeis.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Todas as especificações técnicas detalhadas estão descritas em anexo I e II.

* ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SE NECESSÁRIO

JUSTIFICATIVA

A contratação se faz necessária para atender aos serviços do contrato de gestão junto a SES-GO referente a Prestação de Serviços à Policlínica Regional de São Luís de Montes Belos - contrato n° 06/2021 SES-GO.

OBSERVAÇÕES:

NECESSIDADE	(x) REGULAR () EMERGENCIAL	DATA: 03/05/22				
ENDEREÇO DE ENTREGA:						
KARUENE ALVES DO CARMO SUP. FARMÁCIA/ FARMACÊUTICA RT CRF-GO 15740 PLC. SLMB/IBGC  ASSINATURA / CARIMBO DO SOLICITANTE	De acordo:  MARTA SELMA DA SILVEIRA DIRETORA GERAL PLC. SLMB/IBGC ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Ao Setor de Compras/Processo Seletivo para providências	PROCESSO DE COMPRAS / PROCESSO SELETIVO DE FORNECEDOR	<table border="1"> <tr> <th>NÚMERO</th> <th>ANO</th> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> </tr> </table>	NÚMERO	ANO	13	
NÚMERO	ANO					
13						
ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA GERAL	 Marcia Sousa Gerente de Compras IBGC / MATRIZ ASSINATURA / CARIMBO SETOR DE COMPRAS/PROCESSO SELETIVO 05/05/22					

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ CÂMARA REFRIGERADORA 684 LITROS

- Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, com abertura de porta reversível.
- Gabinete externo em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó;
- Gabinete interno em aço inoxidável;
- Capacidade para armazenamento mínima: 684 litros (úteis);
- Com porta de vidro e sistema de travamento magnético;
- Com no mínimo 05 gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, perfuradas e deslizantes, com distância mínima entre elas ajustável e sistema de travamento;
- Equipado com rodízios especiais com freio, construído todo em metal, inclusive acionador de freio, com travamento anti-corrosão.
- Sistema de ventilação por circulação de ar forçado e temperatura uniformemente distribuída em todos os compartimentos (livre CFC, Clorofluorcarboneto).
- Painel de comando e controle de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessador programável de +2°C a +8°C, temperatura controlada automaticamente a 5°C por solução. Controle de temperatura microprocessador, com sensores distribuídos no interior da câmara em todas as prateleiras/gavetas;
- Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada;
- Equipamento disponível em 220 volts, 50/60 Hz, com chave geral de energia: liga/desliga;
- Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável;
- Mensagem e alarme audiovisual para: falha do sensor de temperatura, bateria fraca, indicativo de manutenção e porta aberta;
- Entrada de USB e/ou conexão wi-fi;
- Capacidade mínima de armazenamento de dados com registro de temperatura de momento, máxima e mínima, período mínimo de 30 dias de gravação ininterruptos;
- Emissão de relatório do período e geração de gráficos de temperaturas e eventos por período mínimo de 30 dias;
- Sistema de relatório exportável por pendrive;
- Sistema de emergência com baterias seladas com autonomia de até 48 (quarenta e oito) horas, quando da falta/falha no abastecimento de energia elétrica.

KARUENE ALVES DO CARMO
SUP. FARMÁCIA / FARMACÊUTICA-RT
CRF-GO 15740
PLC-SLMB/IBGC



ANEXO II

DOCUMENTOS/CERTIFICADOS QUE DEVEM CONTER

- * Garantia de 12 meses após instalação dos equipamentos, contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio.
- * Fornecer como documento a ser anexado ao processo licitatório o Registro do produto fabricado pela empresa participante da licitação na AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, onde deverá constar o NOME DA EMPRESA, CNPJ, NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, MODELO PRODUTO MÉDICO, NÚMERO DO REGISTRO, NÚMERO DO PROCESSO, ORIGEM DO PRODUTO e DATA DE VENCIMENTO DO REGISTRO;
- * Fornecer certificado de calibração e qualificação de operação por laboratório acreditado pelo INMETRO/Rede Brasileira de Calibração para as temperaturas de set point (5°C), mínima (2°C) e máxima (8°C);
- * Fornecer qualificação térmica do equipamento conforme recomendações do INMETRO (QI, QO e QD, de instalação, operação e desempenho, respectivamente). Demonstração, durante qualificação térmica, do desempenho do equipamento no que se refere ao tempo de recuperação da estabilidade da temperatura interna da câmara.
- * Fornecer como documento a ser anexado ao processo licitatório, o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde, emitido pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE (Agência Nacional de Vigilância Sanitária / Gerência Geral Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade);
- * Manual técnico do usuário e manual de serviços em Português.

KARUENE ALVES DO CARMO
SUS. FARMACIA/ FARMACÊUTICA-RT
CRF-GO 15740
PLC. SLMB/ IBGC





Documento assinado eletronicamente por MARCIA APARECIDA DE SOUSA, 370.319.021-34, COMPRADOR, em 06/05/2022 às 14:06, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
<https://ibgc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 1583 e o código verificador 523.