

Jaraguá, 08/03/22

SETOR SOLICITANTE	RESPONSÁVEL
MANUTENÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA CLÍNICA	JOSIELE HELENA ROSA MELO
DIRETORIA IMEDIATA	RESPONSÁVEL
DIRETORA GERAL	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DETALHADA (BEM, OBRA , SERVIÇOS)

ESFIGMOMANÔMETROS MANUAIS.

QUANTIDADE	FORMA DE APRESENTAÇÃO	VALOR ESTIMADO
14	ESFIGMOMANÔMETROS MANUAIS	

INVESTIMENTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

* Aprovado pelo Inmetro; - Isento de mercúrio; * Manômetro com graduação de 0 a 300 mmHg, com divisão de escala em 2 mmHg; * Pera e tubos conectores confeccionados em PVC; * Válvula de metal que permita retenção e esvaziamento de ar; * Acompanhar 01 braçadeira em nylon homologada pelo Inmetro, com fecho em velcro tamanho adulto (18 a 35 cm) e estojo para transporte; * Registro válido na ANVISA.

*** ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SE NECESSÁRIO
JUSTIFICATIVA**

Visando o melhor atendimento nos setores de assistência e repor os equipamentos danificados por tempo de uso.

OBSERVAÇÕES:

Ressalto que na unidade já estamos em pendência deste material, equipe esta utilizando aparelhos de uso próprio sem calibração e certificação.

NECESSIDADE - DATA	08/03/2022
ENDEREÇO DE ENTREGA:	Hospital Estadual de Jaraguá, Dr. Sandino de Amorim; Av. Dioni Gomes Pereira da Silva, N° 115, Setor Aeroporto, Jaraguá- GO, 76330-000

Hugo Sérgio Rosa Gomes CREA-13492/D-GO ASSINATURA / CARIMBO SOLICITANTE	De acordo: Adriana Santos Diretora Geral ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA IMEDIATA
---	---

Ao Setor de Compras/Processo Seletivo para providências Isabella Medeiros de Melo Barcelos Diretora Administrativa CPF: 859.948.201-72 IBGC/MATRIZ ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA	PROCESSO DE COMPRAS / PROCESSO SELETIVO DE FORNECEDOR	NÚMERO	ANO
		33	
		Márcia Sousa Gerente de Suprimentos CPF: 370.319.021-34 ASSINATURA / CARIMBO SETOR DE COMPRAS/PROCESSO SELETIVO	



Documento assinado eletronicamente por MARCIA APARECIDA DE SOUSA, 370.319.021-34, COMPRADOR, em 10/03/2022 às 17:25, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://ibgc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 327 e o código verificador 138.