

Jaraguá, 08/03/22

SETOR SOLICITANTE	RESPONSÁVEL
MANUTENÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA CLÍNICA	JOSIELE HELENA ROSA MELO
DIRETORIA IMEDIATA	RESPONSÁVEL
DIRETORA GERAL	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DETALHADA (BEM, OBRA, SERVIÇOS)

MANUTENÇÃO CORRETIVA - PROCESSADORA DE FILMES DE RAO X.

QUANTIDADE	FORMA DE APRESENTAÇÃO	VALOR ESTIMADO
	MANUTENÇÃO CORRETIVA PROCESSADORA DE FILMES DE RAO X.	

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OS ROLAMENTOS DA PROCESSADORA NÃO ESTÃO ALINHADOS, FAZENDO COM QUE O FILME FIQUE PRESO.

*** ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SE NECESSÁRIO**
JUSTIFICATIVA

Manutenção corretiva de filmes de raio X.

OBSERVAÇÕES:

NECESSIDADE - DATA	08/03/22 - URGENTE
ENDEREÇO DE ENTREGA:	Hospital Estadual de Jaraguá, Dr. Sandino de Amorim; Av. Dioni Gomes Pereira da Silva, N° 115, Setor Aeroporto, Jaraguá- GO, 76330-000

Hugo Sérgio Rosa Gomes CPREA-13492/D-GO ASSINATURA / CARIMBO SOLICITANTE	De acordo: <i>Adriana Santos</i> ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA IMEDIATA HEJA/IBGC
--	---

Ao Setor de Compras/Processo Seletivo para providências	PROCESSO DE COMPRAS / PROCESSO SELETIVO DE FORNECEDOR	NÚMERO	ANO
		34	
	Márcia Sousa Gerente de Suprimentos CPF: 170.319.021-34 IBGC/MATRIZ ASSINATURA / CARIMBO SETOR DE COMPRAS/PROCESSO SELETIVO		



Documento assinado eletronicamente por MARCIA APARECIDA DE SOUSA, 370.319.021-34, COMPRADOR, em 10/03/2022 às 17:56, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://ibgc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 334 e o código verificador 144.